


Abreiversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit



Universalprfmaschine Inspekt table 20 kN-1 der Firma Hegewald & Peschke MPT GmbH

- Abreiversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit von Beschichtungssystemen auf Metallsubstraten im Sandwich-Verfahren einschlielich Bruchbildauswertung
- maximale Prfkraft 20 kN

Haftfestigkeitsprfgerte der Firmen Elcometer Instruments GmbH und DeFelsko Corporation

- Einseitiger Abreiversuch zur Beurteilung der Haftfestigkeit von Beschichtungssystemen auf Metallsubstraten einschlielich Bruchbildauswertung
- Norm: DIN EN ISO 4624